

01021-3

## 試験成績書

製品名 極東 ペプトン-A  
Lot No. AACJ6B01  
有効期限 2020年5月31日  
判定日 2018年6月12日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
外箱包装	異常を認めない	適合
直接容器	異常を認めない	適合
内容物	異常を認めない	適合
性状	白色～淡黄色	適合
臭い	特異な臭い	適合
溶解性	澄明に溶解する	適合
pH	5.5 ~ 6.5	6.0
塩化物	1.0%以下	0.02%
アミノ態窒素	2.0%以上	2.9%
乾燥減量	7.0%以下	3.7%
灰分	15.0%以下	10.9%
総窒素量	10.0%以上	12.9%

判定者 工藤