

01031-3

試験成績書

製品名 極東 パティケース (パプトン)

Lot No. AADK5R01

有効期限 2021年5月16日

判定日 2019年5月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
外箱包装	異常を認めない	適合
直接容器	異常を認めない	適合
内容物	異常を認めない	適合
性状	微黄色～淡黄色	適合
臭い	特異な臭い	適合
溶解性	澄明に溶解する	適合
pH	6.0 ~ 7.0	6.4
塩化物	1.0%以下	0.02 %
アミノ態窒素	1.9%以上	4.0 %
乾燥減量	7.0%以下	4.6 %
灰分	15.0%以下	10.1 %
総窒素量	10.0%以上	12.9 %

判定者 工藤