

試験成績書

製品名 プレメディア SSK寒天培地
Lot No. ADDJ7P01
有効期限 2020年7月14日
判定日 2018年7月26日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.3 ~ 7.5	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> No. 1	発育_ピンク	適合
<i>C. freundii</i> No. 1	発育_ピンク/H ₂ S+	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. flexneri</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. Enteritidis</i> No. 1	発育_無色/H ₂ S+	適合
<i>S. Paratyphi</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	発育_無色	適合

判定者 工藤