

試験成績書

製品名 プレメディア TCBS寒天培地

Lot No. ADFL9G01

有効期限 2022年9月6日

判定日 2020年9月17日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 8.6 ~ 9.0 | 適合 |
| ゼリー強度 | 500g/cm ² 以上 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>V. cholerae</i> ATCC9459 | 発育_黄色 | 適合 |
| <i>V. vulnificus</i> ATCC27562 | 発育_黄色 | 適合 |
| <i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802 | 発育_緑色 | 適合 |
| <i>P. mirabilis</i> ATCC43071 | 発育抑制 | 適合 |
| <i>E. coli</i> IF013500 | 発育抑制 | 適合 |

判定者 工藤