

02101-1

試験成績書

製品名 マッコンキーNo.2寒天培地

Lot No. ADHJ8701

有効期限 2019年8月2日

判定日 2018年8月8日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.9 ~ 7.1	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_ピンク	適合
<i>C. freundii</i> ATCC8090	発育_ピンク	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	発育_ピンク	適合
<i>P. vulgaris</i> ATCC13315	発育_無色	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育_無色	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	発育_無色	適合
<i>S. flexneri</i> ATCC12022	発育_無色	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	発育_無色	適合

判定者 工藤