

02615-1

## 試験成績書

製品名 NHM寒天培地  
Lot No. AEFK9201  
有効期限 2020年8月27日  
判定日 2019年9月4日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	7.2 ~ 7.4	適合
ゼリー強度	500g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
発育性能試験		
<i>S. pyogenes</i> ATCC19615	対照ロットと同等	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6303	対照ロットと同等	適合
<i>H. influenzae</i> No. 1	対照ロットと同等	適合
<i>H. parahaemolyticus</i> No. 1	対照ロットと同等	適合

判定者 工藤