

02670-1

試験成績書

製品名 プレメディア ミル・ピ°-斜面用寒天培地 (ミルピ°-No.1培地)

Lot No. AEJK5E01

有効期限 2021年5月3日

判定日 2019年5月15日

極東製薬工業株式会社

判定 合格

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装外観	異常を認めない	適合
表示	異常を認めない	適合
内容物性状	異常を認めない	適合
溶解性 (加熱溶解時)	濁り及び沈殿物を認めない	適合
pH	7.3 ~ 7.5	適合
ゼリー強度	500 g/cm ² 以上	適合
発育性能試験 <i>Bacillus stearothermophilus</i> ; var. <i>calidolactis</i> C953株	対照品と同等	適合

判定者 工藤