

03111-1

試験成績書

製品名 極東 HK半流動培地

Lot No. AEVJBS01

有効期限 2019年11月23日

判定日 2018年11月30日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.9 ~ 7.1 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>B. levii</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>B. fragilis</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>B. thtaiotaomicron</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>C. perfringens</i> No. 1 | 発育 | 適合 |

判定者 工藤