

03400-1

## 試験成績書

製品名 極東 LIG寒天培地

Lot No. AEZJBL01

有効期限 2019年11月16日

判定日 2018年11月26日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
溶解性	異常を認めない		適合
pH	7.3 ~ 7.5		適合
ゼリー強度	500g/cm <sup>2</sup> 以上		適合
性能試験	乳糖	$\beta$ -グルクロンターゼ	
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	+	-	適合
<i>S. Typhi</i> No. 1	-	-	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	適合
<i>E. coli</i> 0157 ATCC43894	+	-	適合
<i>P. mirabilis</i> No. 1	-	-	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC25931	-	+	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	-	-	適合
<i>C. freundii</i> ATCC8090	+	-	適合

判定者 工藤