

試験成績書

製品名 極東 MLCB寒天培地

Lot No. AFKJAT01

有効期限 2019年10月24日

判定日 2018年10月31日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
溶解性	異常を認めない	適合
pH	6.7 ~ 6.9	適合
ゼリー強度	450g/cm ² 以上	適合
発育性能試験		
S. Enteritidis No.1	発育_中心部黒色	適合
S. typhimurium ATCC14028	発育_中心部黒色	適合
E. coli ATCC25922	抑制	適合
P. aruginosa ATCC27853	抑制	適合
S. aureus ATCC25923	抑制	適合

判定者 工藤