

試験成績書

製品名 極東 LIM培地

Lot No. AFMK8801

有効期限 2020年8月2日

判定日 2019年8月9日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | | | 結果/判定 |
|---------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 包装 | 異常を認めない | | | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | | | 適合 |
| 溶解性 | 異常を認めない | | | 適合 |
| pH | 6.7 ~ 6.9 | | | 適合 |
| 発育性能試験 | リジン | イントール | 運動性 | |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | + | + | + | 適合 |
| <i>S. typhimurium</i> ATCC14028 | + | - | + | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC9290 | - | - | - | 適合 |
| <i>K. pneumoniae</i> ATCC13883 | + | - | - | 適合 |
| <i>P. mirabilis</i> No.1 | - | - | + | 適合 |

判定者 工藤