

27100-1

試験成績書

製品名 凍結保存培地FM-1 5mL用×5

Lot No. AIDK2L01

有効期限 2019年12月15日

判定日 2019年2月21日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	適切な包装表示がなされている	適合
液体の色調	ピンク色（わずかに濁りを生ずる）	適合
無菌試験	30℃、室温共に菌の発育を見ない	適合
性能試験	生細胞数が対照ロットの80%以上	適合

判定者 工藤