

試 験 成 績 書

製品名 極東 HK半流動確認培地

Lot No. BADK8601

有効期限 2019年10月23日

判定日 2019年8月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合

発育性能試験

	発育	ES加		Bile加	CV加	
		ES分解	H ₂ S産生			
<i>B. fragilis</i> No.2	+	P	N	R	S	適合
<i>F. nucleatum</i> No.1	+	N	Pw	S	R	適合
<i>F. mortiferum</i> No.2	+	P	N	R	R	適合
<i>F. varium</i> No.2	+	N	P	R	R	適合
<i>B. wadsworthia</i> No.1	+	N	P	R	R	適合
<i>P. denticola</i> No.1	+	N	N	S	S	適合
<i>P. intermedia</i> No.1	+	N	N	S	S	適合

※ES加 + (発育)

P (陽性)、N (陰性)、Pw (弱陽性)

※Bile加 R (耐性)、S (感受性)

※CV加 R (耐性)、S (感受性)

判定者 工藤