

試験成績書

製品名 極東 HK半流動確認培地

Lot No. BADLAL01

有効期限 2021年1月6日

判定日 2020年10月23日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 判定/結果 |
|------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |

発育性能試験

| | 発育 | ES加 | | Bile加 | CV加 | |
|----------------------------|----|------|--------------------|-------|-----|----|
| | | ES分解 | H ₂ S産生 | | | |
| <i>B. fragilis</i> No.2 | + | P | N | R | S | 適合 |
| <i>F. nucleatum</i> No.1 | + | N | Pw | S | R | 適合 |
| <i>F. mortiferum</i> No.2 | + | P | N | R | R | 適合 |
| <i>F. varium</i> No.2 | + | N | P | R | R | 適合 |
| <i>B. wadsworthia</i> No.1 | + | N | P | R | R | 適合 |
| <i>P. denticola</i> No.1 | + | N | N | S | S | 適合 |
| <i>P. intermedia</i> No.1 | + | N | N | S | S | 適合 |

※ES加 + (発育)

P (陽性)、N (陰性)、Pw (弱陽性)

※Bile加 R (耐性)、S (感受性)

※CV加 R (耐性)、S (感受性)

判定者 工藤