

07510-01

試験成績書

製品名 極東 カンジダ培地 カンメジャー

Lot No. BAH1AR01

有効期限 2018年10月22日

判定日 2017年12月7日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	5.3 ~ 5.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC90028	発育	適合
<i>C. glabrata</i> ATCC90030	発育	適合
<i>C. tropicalis</i> ATCC750	発育	適合
<i>C. parapsilosis</i> ATCC22019	発育	適合
<i>C. krusei</i> No. 1	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC29213	非発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合

判定者 工藤