

07510-01

試験成績書

製品名 極東 カンジダ培地 カンメジャー

Lot No. BAHKA901

有効期限 2020年10月3日

判定日 2019年11月15日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------------|-----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.3 ~ 5.7 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>C. albicans</i> ATCC90028 | 発育 | 適合 |
| <i>C. glabrata</i> ATCC90030 | 発育 | 適合 |
| <i>C. tropicalis</i> ATCC750 | 発育 | 適合 |
| <i>C. parapsilosis</i> ATCC22019 | 発育 | 適合 |
| <i>C. krusei</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC29213 | 非発育 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 非発育 | 適合 |

判定者 工藤