

## 試験成績書

製品名 極東 2%ビット培地 (SP)

Lot No. BBFL7A01

有効期限 2021年1月27日

判定日 2020年9月3日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

---

| 試験項目                             | 規格                                | 判定/結果    |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 包装                               | 異常を認めない                           | 適合       |
| 性状                               | 異常を認めない                           | 適合       |
| 感度試験                             |                                   |          |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC27294 | 21日以内に発育を認める                      | 適合       |
| <i>M. kansasii</i> ATCC12478     | 21日以内に発育を認める                      | 適合       |
| <i>M. avium</i> ATCC25291        | 21日以内に発育を認める                      | 適合       |
| 正確性試験                            | 精製水を検体としたとき陰性                     | 適合       |
| 同時再現性試験                          | 感度・正確性試験を3回繰り返し、<br>返す時、全て規格に適合する | 適合<br>適合 |

判定者 工藤