

試験成績書

製品名 極東 結核菌感受性PZA液体培地
Lot No. BB0K3101
有効期限 2019年6月6日
判定日 2019年3月15日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	5.90 ~ 6.00	適合
感度・正確性試験		
<i>M. tuberculosis</i> ATCC27294	感受性	適合
<i>M. tuberculosis</i> ATCC35828	耐性	適合
同時再現性試験	感度・正確性試験を3回繰り返し 返す時、全て規格に適合する	適合

判定者 工藤