

## 試験成績書

製品名 極東 結核菌感受性PZA液体培地  
Lot No. BB0K4201  
有効期限 2019年7月8日  
判定日 2019年4月18日  
判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

---

| 試験項目                             | 規格                                | 結果/判定 |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 包装                               | 異常を認めない                           | 適合    |
| 性状                               | 異常を認めない                           | 適合    |
| pH                               | 5.90 ~ 6.00                       | 適合    |
| 感度・正確性試験                         |                                   |       |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC27294 | 感受性                               | 適合    |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC35828 | 耐性                                | 適合    |
| 同時再現性試験                          | 感度・正確性試験を3回繰り返し、<br>返す時、全て規格に適合する | 適合    |

判定者 工藤