

試験成績書

製品名 極東 結核菌感受性PZA液体培地
Lot No. BB0K8S01
有効期限 2019年12月3日
判定日 2019年9月11日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 5.90 ~ 6.00 | 適合 |
| 感度・正確性試験 | | |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC27294 | 感受性 | 適合 |
| <i>M. tuberculosis</i> ATCC35828 | 耐性 | 適合 |
| 同時再現性試験 | 感度・正確性試験を3回繰り返し 返す時、全て規格に適合する | 適合 |

判定者 工藤