

08330-1

試験成績書

製品名 極東 結核菌感受性ビットスペクトル-SR

Lot No. BCQK9K01

有効期限 2019年12月12日

判定日 2019年9月24日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	陰性	適合
感度・正確性試験	規格に適合する	適合
同時再現性試験	感度・特異性試験を3回繰り返し、 返す時、全て規格に適合する	適合
判定者	工藤	