

08368-1

試験成績書

製品名 アクリステイン AO液 250mL

Lot No. BCWK1V01

有効期限 2019年5月31日

判定日 2019年2月14日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
性能試験	抗酸菌を染色した時に橙色蛍光の桿菌を検出する	適合
特異性	大腸菌を染色した時に菌体が蛍光を帯びない	適合
自発蛍光	鏡検した時に背景全体が蛍光を帯びない	適合

判定者 工藤