

試験成績書

製品名 TSI培地
Lot No. BECL2A01
有効期限 2020年6月9日
判定日 2020年3月6日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.1~7.5	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		

	糖分解性		硫化水素		判定/結果
	斜面	高層	ガス産性	産生	
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	+	-	適合
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	-	+	-	-	適合
<i>S. typhimurium</i> ATCC14028	+	+	+	+	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	-	-	-	-	適合

判定者 工藤