

試験成績書

製品名 TSI培地
 Lot No. BECL5J01
 有効期限 2020年9月16日
 判定日 2020年5月29日 極東製薬工業株式会社
 判定 合格 茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格			判定/結果
包装	異常を認めない			適合
性状	異常を認めない			適合
pH	7.1～7.5			適合
無菌試験	陰性			適合
発育性能試験				
	糖分解性		硫化水素	
	斜面	高層	ガス産性	産生
<i>E. coli</i> ATCC25922	+	+	+	-
<i>S. sonnei</i> ATCC9290	-	+	-	-
<i>S. typhimurium</i> ATCC14028	+	+	+	+
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	-	-	-	-

判定者 工藤