

15623-1

試験成績書

製品名 SC培地
Lot No. BEDK2C01
有効期限 2019年6月12日
判定日 2019年2月22日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 判定/結果 |
|---------------------------------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.5~6.9 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| | ケシ酸利用 | |
| <i>S. typhimurium</i> ATCC14028 | + | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | - | 適合 |

判定者 工藤