

08375-1

試験成績書

製品名 アクリステイン WB液 450mL

Lot No. BEVL6P01

有効期限 2020年12月13日

判定日 2020年6月29日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|------|------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| 性能試験 | 抗酸菌を染色した時に橙色蛍光の桿菌を検出する | 適合 |
| 特異性 | 大腸菌を染色した時に菌体が蛍光を帯びない | 適合 |
| 自発蛍光 | 鏡検した時に背景全体が蛍光を帯びない | 適合 |

判定者 工藤