

05180-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア トリ・ソイ血液寒天 (ヒツジ) No.2
Lot No. CAEK9J01
有効期限 2019年11月26日
判定日 2019年9月24日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|---|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 400g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 7.0~7.2 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>S. pneumoniae</i> ATCC6305 | 発育_α 溶血 不明瞭 | 適合 |
| <i>S. pneumoniae</i> ATCC49619 | 発育_α 溶血 凹 | 適合 |
| <i>S. pyogenes</i> ATCC12344 | 発育_β 溶血 | 適合 |
| <i>S. dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> ATCC 12394 | 発育_β 溶血 | 適合 |
| <i>S. sanguis</i> ATCC10556 | 発育_α 溶血 | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923 | 発育_β 溶血 | 適合 |
| <i>E. faecium</i> ATCC19434 | 発育_α 溶血 | 適合 |

判定者 工藤