

05180-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア トリ・ソイ血液寒天 (ヒツジ) No. 2
Lot No. CAEKA202
有効期限 2019年12月9日
判定日 2019年10月7日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm ² 以上	適合
pH	7.0~7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6305	発育_α 溶血 不明瞭	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育_α 溶血 凹	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC12344	発育_β 溶血	適合
<i>S. dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> ATCC 12394	発育_β 溶血	適合
<i>S. sanguis</i> ATCC10556	発育_α 溶血	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_β 溶血	適合
<i>E. faecium</i> ATCC19434	発育_α 溶血	適合

判定者 工藤