

05310-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア チョコレート寒天培地No.2

Lot No. CBBL4801

有効期限 2020年7月15日

判定日 2020年4月16日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 判定/結果 |
|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 350g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 7.1~7.5 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>H. influenzae</i> No. 1 | 発育 | 適合 |
| <i>S. pneumoniae</i> ATCC6303 | 発育 | 適合 |
| <i>S. pneumoniae</i> ATCC6305 | 発育 | 適合 |
| <i>N. meningitidis</i> ATCC13090 | 発育 | 適合 |
| <i>N. meningitidis</i> ATCC35561 | 発育 | 適合 |
| <i>N. gonorrhoeae</i> ATCC23050 | 発育 | 適合 |

判定者 工藤