

05310-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア チョコレート寒天培地No.2

Lot No. CBBL4A01

有効期限 2020年7月17日

判定日 2020年4月16日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	判定/結果
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm ² 以上	適合
pH	7.1~7.5	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>H. influenzae</i> No.1	発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6303	発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6305	発育	適合
<i>N. meningitidis</i> ATCC13090	発育	適合
<i>N. meningitidis</i> ATCC35561	発育	適合
<i>N. gonorrhoeae</i> ATCC23050	発育	適合

判定者 工藤