

05420-3

試験成績書

製品名 バイタルメディア 改良マッコンキー寒天培地

Lot No. CEAKC201

有効期限 2020年3月9日

判定日 2019年12月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|--------------------------------|-------------------------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| ゼリー強度 | 500g/cm ² 以上 | 適合 |
| pH | 6.9~7.1 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 発育_ピンク | 適合 |
| <i>C. freundii</i> No.2 | 発育_ピンク | 適合 |
| <i>K. pneumoniae</i> ATCC13883 | 発育_ピンク | 適合 |
| <i>P. vulgaris</i> ATCC13315 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>P. aeruginosa</i> ATCC27853 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. Typhi</i> No.1 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. flexneri</i> ATCC12022 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. sonnei</i> ATCC25931 | 発育_無色 | 適合 |

判定者 工藤