

試験成績書

製品名 ハイタルメティア SS-PLUS

Lot No. CJBL1601

有効期限 2020年3月14日

判定日 2020年1月8日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	550g/cm ² 以上	適合
pH	7.2~7.6	適合
発育性能試験		
S. Enteritidis No.1	発育_無色/H ₂ S+	適合
S. Typhi No.1	発育_無色	適合
S. Paratyphi No.1	発育_無色	適合
S. sonnei ATCC9290	発育_無色	適合
S. flexneri ATCC12022	発育_無色	適合
S. boydii ATCC9207	発育_無色	適合
S. sonnei ATCC25931	発育_無色	適合
E. coli ATCC25922	非発育/弱発育	適合
C. freundii No.2	発育_ビツク/H ₂ S+	適合
K. pneumoniae ATCC13883	発育_ビツク	適合
P. mirabilis No.1	発育_褐色	適合
S. aureus ATCC25923	非発育	適合

判定者 工藤