

05551-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア mCCDA寒天培地

Lot No. CKBJ5T01

有効期限 2018年8月20日

判定日 2018年6月4日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	350g/cm ² 以上	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. jejuni</i> ATCC33291	発育_白色	適合
<i>C. coli</i> ATCC43478	発育_白色	適合
<i>E. coli</i> No. 6	発育抑制	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC700603	発育抑制	適合

判定者 工藤