

05620-1

試験成績書

製品名 ハイタルメディア スタヒロコッカスNo. 110寒天培地

Lot No. CNAJBT01

有効期限 2019年4月6日

判定日 2018年12月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
pH	6.8~7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>S. epidermidis</i> ATCC12228	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育	適合
<i>S. aureus</i> JCM2874	発育	適合

判定者 工藤