

04250-1

# 試験成績書

製品名 DDチェックー TGSE寒天培地

Lot No. CXCK7A01

有効期限 2019年11月15日

判定日 2019年7月31日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

---

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.1~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
		卵黄反応
<i>S. aureus</i> ATCC6538	発育_黒	+ 適合
<i>S. aureus</i> ATCC29213	発育_黒	+ 適合
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	発育抑制	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>C. albicans</i> ATCC2091	発育抑制	適合

判定者 工藤