

試験成績書

製品名 DDチェックー TGSE寒天培地

Lot No. CXCKBL01

有効期限 2020年3月28日

判定日 2019年12月2日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.0~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
	卵黄反応	
<i>S. aureus</i> ATCC6538	発育_黒 +	適合
<i>S. aureus</i> ATCC29213	発育_黒 +	適合
<i>E. faecalis</i> ATCC19433	発育抑制	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育抑制	適合
<i>C. albicans</i> ATCC2091	発育抑制	適合

判定者 工藤