

04230-1

試験成績書

製品名 DDチェックー MAX寒天培地

Lot No. CXFK6P01

有効期限 2019年10月31日

判定日 2019年7月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	6.8～7.2	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. freundii</i> ATCC8090	発育_赤～紫	適合
<i>E. coli</i> IF013500	発育_青緑～濃紺	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_青緑～濃紺	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	発育_赤～紫	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育_無色	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合

判定者 奥田