

04230-1

試験成績書

製品名 DDチェックー MAX寒天培地

Lot No. CXFK9A01

有効期限 2020年1月16日

判定日 2019年9月25日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|--------------------------------|----------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.8～7.2 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>C. freundii</i> ATCC8090 | 発育_赤～紫 | 適合 |
| <i>E. coli</i> IF013500 | 発育_青緑～濃紺 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 発育_青緑～濃紺 | 適合 |
| <i>K. pneumoniae</i> ATCC13883 | 発育_赤～紫 | 適合 |
| <i>S. Enteritidis</i> No.2 | 発育_無色 | 適合 |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923 | 発育抑制 | 適合 |

判定者 工藤