

04210-1

試験成績書

製品名 DDチェックー デ`オキシコレート寒天培地

Lot No. CXGL1R01

有効期限 2020年6月3日

判定日 2020年2月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異状を認めない	適合
性状	異状を認めない	適合
pH	7.0~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_赤	適合
<i>E. coli</i> IF013500	発育_赤	適合
<i>S. Enteritidis</i> No.2	発育_無色	適合
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC17802	発育抑制	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育抑制	適合

判定者 工藤