

04290-1

## 試験成績書

製品名 DDチェックー PD寒天培地 (CP加)

Lot No. CXHL1T01

有効期限 2020年6月5日

判定日 2020年2月6日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

---

| 試験項目                             | 規格      | 結果/判定 |
|----------------------------------|---------|-------|
| 包装                               | 異常を認めない | 適合    |
| 性状                               | 異常を認めない | 適合    |
| pH                               | 5.4~5.8 | 適合    |
| 無菌試験                             | 陰性      | 適合    |
| 発育性能試験                           |         |       |
| <i>C. albicans</i> ATCC2091      | 発育      | 適合    |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | 発育      | 適合    |
| <i>E. coli</i> ATCC25922         | 発育抑制    | 適合    |
| <i>S. aureus</i> ATCC25923       | 発育抑制    | 適合    |
| <i>S. Enteritidis</i> No.2       | 発育抑制    | 適合    |

判定者 工藤