

04300-1

試験成績書

製品名 DDチェックー サブロー寒天培地

Lot No. CXJK3J01

有効期限 2019年7月25日

判定日 2019年4月9日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|----------------------------------|---------|-------|
| 包装 | 異状を認めない | 適合 |
| 性状 | 異状を認めない | 適合 |
| pH | 5.3～5.7 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>C. albicans</i> ATCC2091 | 発育 | 適合 |
| <i>A. brasiliensis</i> ATCC16404 | 発育 | 適合 |
| <i>A. oryzae</i> No. 1 | 発育 | 適合 |

判定者 工藤