

04300-1

試験成績書

製品名 DDチェックー サブロー寒天培地

Lot No. CXJK7001

有効期限 2019年11月29日

判定日 2019年8月7日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異状を認めない	適合
性状	異状を認めない	適合
pH	5.3～5.7	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. albicans</i> ATCC2091	発育	適合
<i>A. brasiliensis</i> ATCC16404	発育	適合
<i>A. oryzae</i> No. 1	発育	適合

判定者 工藤