

04310-1

試験成績書

製品名 DDチェック MBCP寒天培地

Lot No. CXML9H01

有効期限 2020年12月24日

判定日 2020年10月2日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

| 試験項目 | 規格 | 結果/判定 |
|---------------------------------|---------|-------|
| 包装 | 異常を認めない | 適合 |
| 性状 | 異常を認めない | 適合 |
| pH | 6.4~7.3 | 適合 |
| 無菌試験 | 陰性 | 適合 |
| 発育性能試験 | | |
| <i>L. acidophilus</i> ATCC314 | 発育_黄変 | 適合 |
| <i>L. acidophilus</i> NBRC13951 | 発育_黄変 | 適合 |
| <i>B. subtilis</i> ATCC6633 | 発育抑制 | 適合 |
| <i>E. coli</i> ATCC25922 | 発育抑制 | 適合 |

判定者 工藤