

04350-1

試験成績書

製品名 DDチェックー NAC寒天培地

Lot No. CXPL3Q01

有効期限 2020年8月1日

判定日 2020年4月9日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
pH	7.2~7.6	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>P. aeruginosa</i> ATCC9027	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC8739	発育抑制	適合
<i>S. aureus</i> ATCC6538	発育抑制	適合

判定者 工藤