

06900-1

試験成績書

製品名 バイタルメディア 7H11-C寒天培地

Lot No. CZLL8J01

有効期限 2020年11月25日

判定日 2020年8月28日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	500g/cm ² 以上	適合
pH	6.4~6.8	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>M. tuberculosis</i> ATCC27294	発育	適合
<i>M. kansasii</i> ATCC12478	発育	適合
<i>M. intracellulare</i> ATCC13950	発育	適合
<i>C. albicans</i> ATCC90028	発育抑制	適合
<i>C. krusei</i> ATCC6258	発育抑制	適合

判定者 工藤