

試験成績書

製品名 ハイタルメディア TWINプレート4 (TSA+BTB)

Lot No. DADL8601

有効期限 2020年10月13日

判定日 2020年8月12日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
ゼリー強度			
TSA	400g/cm ² 以上		適合
BTB	500g/cm ² 以上		適合
pH			
TSA	7.0~7.2		適合
BTB	7.2~7.4		適合
無菌試験	陰性		適合
発育性能試験			
	TSA	BTB	
<i>S. pneumoniae</i> ATCC6305	発育_α溶血凹不明瞭	非発育	適合
<i>S. pneumoniae</i> ATCC49619	発育_α溶血凹	非発育	適合
<i>S. pyogenes</i> ATCC12344	発育_β溶血	非発育	適合
<i>S. sanguis</i> ATCC10556	発育_α溶血	弱発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育_β溶血	発育_黄	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育_灰色ヲ型	発育_青	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	発育_β溶血	発育_黄	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	発育_遊走	発育_青	適合

判定者

工藤