

試験成績書

製品名 ハイタルメディア ESBL/MBLスクリーニング寒天培地

Lot No. DDVL9I01

有効期限 2020年11月25日

判定日 2020年9月25日

判定 合格

極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格		結果/判定
包装	異常を認めない		適合
性状	異常を認めない		適合
ゼリー強度			
ESBL	450g/cm ² 以上		適合
MBL	450g/cm ² 以上		適合
pH			
ESBL	7.2~7.6		適合
MBL	7.2~7.6		適合
発育性能試験	ESBL	MBL	
<i>K. pneumoniae</i> ATCC700603	発育/ピンク~赤色	非発育又は微弱発育	適合
<i>E. coli</i> (ESBL産生菌)	発育/ピンク~赤色	非発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> (MBL産生菌)	発育/薄茶色	発育/薄茶色	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC27853	発育/薄茶色	非発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	非発育	適合
<i>K. pneumoniae</i> ATCC13883	非発育	非発育	適合
<i>P. mirabilis</i> ATCC43071	非発育	非発育	適合

判定者 工藤