

06914-1

試験成績書

製品名 ハイタルメティア CCMA培地

Lot No. DENK4P01

有効期限 2019年8月1日

判定日 2019年5月15日

判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	450g/cm ² 以上	適合
pH	7.0~7.4	適合
無菌試験	陰性	適合
発育性能試験		
<i>C. difficile</i> ATCC 9689	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC 25922	非発育	適合
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 27853	非発育	適合
<i>C. albicans</i> ATCC 10231	非発育	適合

判定者 工藤