

06957-1

## 試験成績書

製品名 バイタルメディア ハートパーカー寒天培地

Lot No. DEWL9A01

有効期限 2021年1月16日

判定日 2020年9月17日

判定 合格

極東製薬工業株式会社  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

---

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
ゼリー強度	400g/cm <sup>2</sup> 以上	適合
pH	7.0~7.4	適合
発育性能試験		
<i>S. aureus</i> ATCC12600	発育	適合
<i>S. aureus</i> ATCC25923	発育	適合
<i>E. coli</i> ATCC25922	非発育	適合

判定者 工藤