

試験成績書

ヒトiPS/ES細胞用凍結保存液

製品名 CP-5E
Lot No. EECK6A01
有効期限 2021年5月9日
判定日 2019年6月11日
判定 合格

極東製薬工業株式会社
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

試験項目	規格	結果/判定
包装	異常を認めない	適合
性状	異常を認めない	適合
無菌試験	30℃、室温共に菌の発育を見ないこと	適合
浸透圧	500±25 mOsm/kg (4倍希釈時)	適合
エンドトキシン	2EU/mL以下	適合
マイコプラズマ	陰性	適合

判定者 工藤